



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
11000 Београд, Булевар Франше д' Епераа 5
Тел./факс: 3613-489 • Тел. центр : 3615-001, 3614-690

Београд 194

Жиро-рачун: 840-619661 -53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220384

Број 17783 Датум 10.11.16

Поштовани,

У вези тражених додатних информација и појашњења за припремање понуде, а сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, за Јавну набавку мале вредности - Предмет јавне набавке су **Услуге: Редован годишњи сервис медицинских средстава – апарата, број ЈНМВ 17/16** за потребе Градског завода за хитну медицинску помоћ из Београда; Ознака из општег речника : **50421000** услуга поправке и одржавања медицинске опреме , за потребе Градског завода за хитну медицинску помоћ из Београда;

Јавна набавка је обликована је обликована у **9** (девет) партија, то :

- Партија 1: *Redovan godišnji servis za aparat EKG MAC 500/400;*
- Партија 2: *Redovan godišnji servis za aparat EKG SCHILLER AT 1;*
- Партија 3: *Redovan godišnji servis sa zamenom baterije za aparat defibrilator NIHON KOHDEN TEC 7721K;*
- Партија 4: *Redovan godišnji servis za aparat Defibrilator MEDTRONIC LIFE PACK 12;*
Redovan godišnji servis za aparat Defibrilator MEDTRONIC LIFE PACK 1000;
- Партија 5: *Redovan godišnji servis za aparat Ventilator WEINMANN MEDUMAT STANDARD*
sa zamenom baterije;
- Партија 6: *Redovan godinji servis za ultrazvučni stacionarni aparat GE LOGIC 3 PRO;*
- Партија 7: *Redovan godinji servis za stacionarni ultrazvučni aparat MYLAB 40 ESAOTE;*
- Партија 8: *Redovan godišnji servis za portabl ultrazvučni aparat MEDISIN CO;*
- Партија 9: *Redovan godišnji servis za infuzionu pumpu CAREFUSION ALARIS GW;*

На ваша питања:

1. У обрасцу изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76., Закона о поступку ЈНМВ, на страни 10. Тражите да понуђачи поседују ауторизацију произвођача (нпр. писмо ауторизације или уговора са произвођаче предметне медицинске опреме).
2. Даље на страни 6. Конкурсне документације захтевате између осталог и следеће:

Напомена: за дефибрилаторе се ради и посебан тест за проверу испоручене енергије отпорности и осталих параметара на наменској испитној опреми.

Наше питање је следеће: да ли је потребно да уређај за испитивање дефибрилаторе и ЕКГ уређаја буде еталониран? Напомињемо да само еталониран мерни уређаји може бити адекватно мерило за испитивање опреме.

Уколико мерни уређај није еталониран резултати теста нису валидни.

3. Даље зашто не захтевате нпр. испитивање електробезбедности медицинске опреме за све наведене уређаје (укључујући ултразвучне апарате), као део превентивног сервиса, према процедури сваког произвођача истих у складу са ИЕЦ 60601?
4. Због чега не тражите еталониран биомедицински уређај за испитивање паметара вентилатора, који је неопходан за испитивање истих уз издавање писмених извештаја о исправности и резултатима теста?
5. Због чега не тражите еталонирани биомедицински уређај за испитивање паметара инфузионих пумпи, које је неопходан за испитивање истих уз издавање писмених извештаја о исправности и резултатима теста?

Напомињемо да су сви наведени уређаји су неопходни за испитивање медицинске опреме.

Наш предлог је да измените конкурсну документацију и да уклоните из конкурсне документацију услов да понуђачи поседују ауторизацију произвођача, с обзиром да на овај начин ограничавате понуђаче који испуњавају техничке капацитете у погледу опремљености адекватним наменским мерним уређајим. Изменом документације бисте омогућили већу конкуренцију и самим тим за Вашу установу сервис опреме по можда повољнијим ценама, а сигурно без одступања у квалитету и уједно као гаранцију и озбиљност сервиса захтевате еталониране биомедицинске уређаје којим се испитује медицинска опрема.

Сам захтев за ауторизацију произвођача представља дискриминациони критеријум који онемогућава потенцијалне понуђаче да учестују у поступку, при томе имајући у виду да је само један сервис у земљи може бити дистрибутер и сервис наведене опреме. Имајући у виду да се оваквим условом нарушава чл. 10 и чл.12 ЗЈН.

Понуђачи који имају техничке могућности (еталониран биомедицински мерни уређај са важећим сертификатом), техничку опремљеност и кадровски капацитет да задовољи Ваше захтеве у смислу начина испитивања опреме која је предмет јавне набавке описане на страни 6. Сигурно не треба да буду дискриминисани додатним условом који сте прописали.

Надамо се да ћете као установа од значаја имати разумевања и уједно уважити наше сугестије, са циљем обезбеђења квалитета испитивања медицинске опреме коју поседујете.

Одговарамо збирно:

Наручилац, је размотрио ваше сугестије и сагласио се да су ваше примедбе неоправдане по свим ставкама и да остаје по свим питањима при захтеву из конкурсне документације.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Тошић

